

10°C - 24°C
 50°F - 75°F



ENGLISH

CHAMP™ PIT & FISSURE SEALANT

Champ is intended to seal the pits and fissures in tooth enamel to aid in the prevention of caries

INDICATION FOR USE:

1. Thoroughly clean enamel surfaces with oil-free cleaning paste. Remove all debris.
2. Rinse well, removing all residual paste from pits and fissures in enamel.
3. Prepare problematic enamel.
4. Isolate treatment area and dry lightly with oil-free compressed air.
5. Apply phosphoric acid etching gel to the clean tooth surface for 15 seconds. Rinse well.
6. Lightly dry and remove excess water with a cotton pellet or clean compressed air. Leave tooth surfaces slightly moist. Champ bonds to surfaces slightly moist from saliva; however, it is best to not let saliva contaminate the prep area.
7. Grip the foil cover and slowly peel back, exposing the brush applicator and sealant well.
8. Remove applicator brush.
9. Paint a thin film of Champ onto treatment area. Brush the material from cusp to cusp, but do not cover the marginal ridges.
10. Light cure. Cures with all lights. Curing time for a halogen light with a minimum of 300 mW/cm² is 20 seconds. More powerful lights will cure faster.
11. Check and adjust occlusion, if necessary.
12. Throw away all packaging once procedure complete.

CONTRAINdications:

Champ is contraindicated in patients who are allergic to any of its ingredients.

Do not use on dental caries.

FRANÇAIS

MODE D'EMPLOI

CHAMP™ MATERIAU DE SCELLEMENT DES PUITS ET SILLONS

Champ est destiné au scellement des trous et sillons de l'émail pour prévenir l'apparition de caries.

INDICATIONS D'EMPLOI :

1. Nettoyer soigneusement l'émail de la dent à l'aide d'une pâte de nettoyage non grasse. Enlever tous les débris.
2. Rincer abondamment, en veillant à retirer tous les résidus de pâtes des trous et sillons de l'émail.
3. Préparer l'émail qui doit être soigné.
4. Isoler la zone de traitement et la sécher légèrement à l'aide d'air comprimé exempt de toute trace d'huile.
5. Appliquer pendant 15 secondes du gel de mordoréage à base d'acide phosphorique pour nettoyer la surface de la dent. Rincer abondamment.
6. Sécher légèrement la dent et enlever l'excédent d'eau à l'aide d'une boulette de coton ou d'air comprimé non contaminé. Laisser la surface de la dent légèrement humide. Champ colle à l'émail par la simple action de l'humidité produite par la salive, mais il conseille d'éviter de laisser cette dernière contaminer la zone à traiter.
7. Saisir l'opercule et le détacher lentement, pour accéder à la brosse d'application et au matériau de scellement.
8. Prendre la brosse d'application.
9. Déposer une fine couche de Champ sur la zone à traiter. Brosser ensuite la zone d'une cuspide à l'autre, en veillant à ne pas appliquer de produit sur les crêtes marginales.
10. Photopolymériser la zone. Accepte tout type de source de lumière. La durée de polymérisation pour une lampe à halogène d'une puissance minimale de 300 mW/cm² est de 20 secondes. Les sources lumineuses plus puissantes assurent une polymérisation plus rapide.
11. Vérifier l'occlusion et rectifier si nécessaire.
12. Mettre au rebut l'emballage une fois la procédure terminée.

CONTRE-INDICATIONS:

L'utilisation de Champ est contre-indiquée chez les patients allergiques à l'un de ses ingrédients. Ne pas utiliser sur les caries dentaires.

DUTCH

GEBRUIKSAANWIJZING

CHAMP™ SEALANT VOOR PUTJES & GROEVEN

Champ is bedoeld voor het afdichten van putjes en groeven in het tandglazuur ter voorkoming van cariës

GEBRUIKSAANWIJZING:

1. Reinig de glazuuroppervlakken grondig met een vetvrije reinigingspasta. Verwijder alle debrui.
2. Goed spoelen, zodat alle resten pasta uit de gaten en spleten in het glazuur worden verwijderd.
3. Berepareert het problematische glazuur.
4. Isoleert het behandelgebied en droog lichtjes met vetvrije perslucht.
5. Breng fosforzuur-etsgel aan op het schone tandoppervlak gedurende 15 seconden. Goed afspoelen.
6. Droog lichtjes en verwijder het overtollige water met een wattenrolletje of schone perslucht. Laat de tandoppervlakken enigszins vochtig. Champ hecht zich aan oppervlakken die enigszins vochtig zijn door speeksel; het is echter het beste het gerepareerde gebied niet door speeksel te laten verontreinigen.
7. Pak de afdekfolie vast en trek deze langzaam los, zodat het penseeltje en de sealant vrijkomen.
8. Verwijder het penseeltje.
9. Breng een dun laagje Champ op het behandelgebied aan. Borstel het materiaal van knobbel tot knobbel, maar bedek de randlijsten niet.
10. Met licht uitharden. Hardt uit met alle lampen. De uithardtijd voor een halogeenlamp met een minimum van 300 mW/cm² is 20 seconden. Krachtiger lampen zullen het uitharden versnellen.
11. Controleer de oclusie en stel die indien nodig bij
12. Gooi alle verpakking weg als de procedure is voltooid.

CONTRA-INDICATIES:

Champ is gecontra-ingeerd bij patiënten die allergisch zijn voor een of meer van de ingrediënten. Niet gebruiken bij tandcariës.

ESPAÑOL

INSTRUCCIONES DE USO

CHAMP™ SELLADOR DE PICADURAS Y FISURAS

Champ está indicado para sellar las picaduras y fisuras del esmalte de los dientes para ayudar a prevenir la caries.

INDICACIONES DE USO:

1. Lave minuciosamente las superficies de esmalte con una pasta dentífrica sin aceite. Elimine cualquier resto.
2. Enjuague bien para eliminar todos los restos de pasta de las picaduras y fisuras del esmalte.
3. Prepare el esmalte a tratar.
4. Aíslle la zona de tratamiento y séquela ligeramente con aire comprimido libre de aceite.
5. Aplique gel grabador de ácido fosfórico para limpiar la superficie del diente durante 15 segundos. Enjuague bien.
6. Seque ligeramente y elimine el exceso de agua con un taco de algodón o con aire comprimido limpio. Deje las superficies de los dientes ligeramente húmedas. Champ se adhiere a las superficies humedecidas ligeramente con saliva. No obstante, lo ideal es no permitir que la saliva contamine la zona de tratamiento.
7. Tome la funda metálica y ábrala despacio de forma que el pincel aplicador y el producto sellador queden bien expuestos.
8. Extraiga el cepillo aplicador.
9. Aplique una fina capa de Champ a la zona de tratamiento. Extienda el material de cúspide a cúspide, con cuidado de no cubrir las crestas marginales.
10. Fotopolimerización. Polimeriza con todas las luces. El tiempo de polimerización de una luz halógena con un mínimo de 300 mW/cm² es de 20 segundos. A mayor intensidad de la luz, menor tiempo de polimerización.
11. Compruebe la oclusión y ajustela si es necesario.
12. Deseche todo el paquete una vez completado el procedimiento.

CONTRAINDICACIONES:

Champ está contraindicado en pacientes alérgicos a cualquiera de sus ingredientes. No aplicar sobre caries dentales.

ITALIANO

ISTRUZIONI PER L'USO

CHAMP™ SIGILLANTE PER SOLCHI E FESSURE

Champ è studiato per sigillare i solchi e le fessure nello smalto dentario per contribuire alla prevenzione delle carie

INDICAZIONI D'USO:

1. Pulire a fondo le superfici dello smalto con pasta di pulizia priva di oli. Rimuovere tutti i detriti.
2. Sciacquare bene, rimuovendo tutta la pasta residua dai solchi e dalle fessure nello smalto.
3. Preparare lo smalto problematico.
4. Isolare l'area di trattamento e asciugare delicatamente con aria compressa priva di olio.
5. Applicare gel mordorante con acido fosforico alla superficie dentaria pulita per 15 secondi. Sciacquare bene.
6. Asciugare delicatamente e rimuovere l'acqua in eccesso con un pellet di cotone o aria compressa pulita. Lasciare leggermente umide le superfici dentarie. Champ si lega alle superfici leggermente umide di saliva; tuttavia, è meglio non lasciare che la saliva contami l'area della preparazione.
7. Afferrare la pellicola di copertura e rimuoverla lentamente, esponendo il pennellino applicatore e il pozzetto di sigillante.
8. Rimuovere il pennellino applicatore.
9. Stendere una pellicola sottile di Champ sull'area di trattamento. Strofinare il materiale da cuspidi a cuspidi, ma non coprire le creste marginali.
10. Fotopolimerizzare. Polimerizza con tutte le luci. Il tempo di polimerizzazione per una luce alogenica con almeno 300 mW/cm² è di 20 secondi. Luci più potenti polimerizzano più velocemente.
11. Controllare e adattare l'occlusione, se necessario.
12. Gettare via tutti gli imballaggi una volta completata la procedura.

CONTROINDICAZIONI:

Champ è controindicato in pazienti allergici ai suoi ingredienti. Non utilizzare su carie dentarie.

PORTUGUÊS

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

CHAMP™ VEDANTE DE CAVIDADES E FISSURAS

O Champ destina-se a ser utilizado para vedar cavidades e fissuras no esmalte dos dentes para ajudar na prevenção de cáries.

INDICAÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Limpe completamente as superfícies do esmalte com pasta de limpeza sem óleo. Remova todos os restos.
2. Lave bem, removendo toda a pasta residual das cavidades e fissuras no esmalte.
3. Prepare o esmalte problemático.
4. Isole a área de tratamento e seque levemente com ar comprimido sem óleo.
5. Aplique gel condicionante de ácido fosfórico para limpar a superfície dos dentes durante 15 segundos. Sciacquare bene.
6. Seque levemente e remova o excesso de água com algodão ou ar comprimido limpo. Deixe a superfície dos dentes ligeiramente húmidas. O Champ liga-se a superfícies ligeiramente humedecidas com saliva, contudo, é melhor não deixar a saliva contaminar a área de preparação.
7. Pegue na cobertura da folha e retire lentamente, expondo a escova de aplicação e o vedante.
8. Retire a escova de aplicação.
9. Aplique uma fina película de Champ na área de tratamento. Escove o material de cúspide a cúspide, mas não cubra as rugosidades.
10. Fotopolimerizar. Polimeriza com todas as luzes. Os tempos de polimerização de uma luz de halogéneo com um mínimo de 300 mW/cm² é 20 segundos. Luzes mais poderosas polimerizam mais rapidamente.
11. Verifique e ajuste a oclusão, se necessário.
12. Deite fora todas as embalagens assim que o procedimento estiver concluído.

CONTRA-INDICAÇÕES:

O Champ é contra-indicado em pacientes que são alérgicos a qualquer um dos seus ingredientes. Não utilize em caries dentárias.

DEUTSCH

GEBRÄUCHSANWEISUNG

CHAMP™ FISSUREN- UND GRÜBCHENVERSIEGELUNG

Das Produkt Champ dient zur Versiegelung von Fissuren und Grübchen im Zahnschmelz und trägt somit zur Kariesvorbeugung bei

VERARBEITUNGSALEITUNG:

1. Reinigen Sie die Zahnoberflächen gründlich mit ölfreier Reinigungspaste. Schmutz entfernen.
2. Gründlich mit Wasser ausspülen, damit überschüssige Paste aus den Fissuren und Grübchen im Zahnschmelz entfernt wird.
3. Anfälligen Zahnschmelz vorbereiten.
4. Isolieren Sie die zu behandelnde Stelle und trocknen Sie sie mit ölfreier Druckluft.
5. Tragen Sie auf der sauberen Zahnoberfläche phosphorsäurehaltiges Ätzgel auf und lassen Sie es für 15 Sekunden einwirken. Gründlich ausspülen.
6. Entfernen Sie überschüssiges Wasser mit einem Wattebausch oder sauberer Druckluft. Halten Sie die Zahnoberfläche weiterhin leicht feucht. Champ passt sich zwar an mit Speichel verunreinigt werden.
7. Nehmen Sie die Schutzfolie und ziehen Sie diese vorsichtig ab, damit der Pinsel und die Versiegelung freigelegt werden.
8. Nehmen Sie den Pinsel in die Hand.
9. Tragen Sie eine dünne Schicht Champ auf die zu behandelnde Stelle auf. Streichen Sie die Masse von einer Höckerspitze zur anderen, aber bedecken Sie damit nicht die Randleisten.
10. Lichthärtende Masse. Härtet mit allen Arten von Licht aus. Die Aushärtezeit bei der Verwendung von Halogenlicht mit mindestens 300 mW/cm² beträgt 20 Sekunden. Mit stärkerem Licht härtet die Masse schneller aus.
11. Überprüfen Sie die Okklusion und passen Sie diese an, falls erforderlich.
12. Entsorgen Sie nach Abschluss der Behandlung das Verpackungsmaterial.

KONTRAINDIKATIONEN

Champ ist nicht für Patienten geeignet, die allergisch auf seine Bestandteile reagieren. Nicht bei Zahnkaries verwenden.

10°C - 24°C
 50°F - 75°F



NORSK BRUKSANVISNING

CHAMP™ TETNINGSMASSE FOR HULL OG SPREKKER

Champ er beregnet til tetning av hull og sprekker i tannemalje for å hjelpe til å forhindre karies.

INDIKASJON FOR BRUK:

- Rengjør emaljeoverflaten godt med et oliefritt rensemiddel. Fjern alle rester.
- Skyll godt, og fjern alt gjenværende rensemiddel fra hull og sprekker i emaljen.
- Forbered problematisk emalje.
- Isoler behandlingsområdet og tørk lett med oliefri komprimert luft.
- Påfør etsgele med fosforsyre på den rene tandoverflaten og la virke i 15 sekunder. Skyll godt.
- Tørk lett og fjern overflødig vann med en bomullsduft eller ren komprimert luft. La tandoverflaten være lett fuktet. Champ fester seg til overflater som er lett fuktete av spyyt; likevel er det et best å unngå at spyyt kontaminerer det forberedte området.
- Ta tak i foliebeskyttelsen og dra den av forsiktig, slik at børsteapplikatoren og tetningsmassen avdekkes helt.
- Ta ut applikatorborsten.
- Pensle et tynt lag med Champ på behandlingsområdet. Pensle materialet fra spiss til spiss, men ikke dekk kantene.
- Lett behandling. Behandler med alle typer lys. Behandlingstid for et halogenlys med minimum 300 mW/cm² er 20 sekunder. Kraftigere lys behandler raskere.
- Sjekk og juster lukkingen, dersom dette er nødvendig.
- Kast all emballasje når prosedyren er fullført.

KONTRAINDIKASJONER:

Champ er kontraindisert hos pasienter som er allergisk mot noen av dets ingredienser. Ikke bruk på karies.

DANSK BRUGERINSTRUKTIONER

CHAMP™ PIT & FISSURE SEALANT [FORSEGLER TIL HULLER & REVNER]

Champ er beregnet til at forsegle huller og revner i tandemaljen for at fremme forebyggelse af karies

BRUGERVEJLEDNING:

- Rens omhyggeligt emaljeoverflader med oliefri tandpasta. Fjern alle rester.
- Skyl godt og fjern al overskydende tandpasta fra huller og revner i emaljen.
- Forbered problematisk emalje.
- Isoler behandlingsområdet og tør let med oliefri trykluft.
- Påsmør fosforsyre åtsningsgel på den rene tandoverflade i 15 sekunder. Skyl omhyggeligt.
- Tør let og fjern overskydende vand med en vatrind eller ren trykluft. Efterlad tandoverfladerne let fugtige. Champ sætter sig på overflader, der er let fugtige af spyt; imidlertid er det bedst ikke at lade spyt foruren det forberedte område.
- Tag fat i folieomslaget og træk langsomt tilbage, således at penselapplikatoren og fugemassen frigøres.
- Fjern penselapplikatoren.
- Påfør Champ i et tyndt lag på behandlingsområdet. Påsmør materialet fra spids til spids, men undlad at dække de ophøjede rande.
- Lysbelægning. Belægges med alle lysformer. Belægningstiden for et halogenlys med et minimum på 300 mW/cm² er 20 sekunder. Stærkere lys vil belægge hurtigere.
- Om nødvendigt kontrolleres og justeres okklusionen.
- Når proceduren er fuldført smides al indpakning ud.

BIVIRKNINGER:

Pasienter får bivirkninger af Champ, hvis de er allergiske overfor noget af dets indhold. Bør ikke anvendes ved huller i tænderne/tandkaries.

FINNISH KÄYTÖÖHJEET

CHAMP™ PIT & FISSURE SEALANT

Champ on tarkoitettu hammaskiileessä olevien kuoppien ja halkeamien täyttämiseen karieksen ehkäisemiseksi.

KÄYTTÖAIHEET:

- Puhdista hammaskiile huolellisesti öljytömällä puhdistustahalla. Poista kaikki irtoinaiset.
- Poista hammaskiileen kuoppiin ja halkeamiin jäänyt pasta huuhtelemalla huolellisesti.
- Valmistele hammaskiile, jossa ongelma esiintyy.
- Eristä hoitoalue ja kuivaa kevyesti öljytömällä paineilmalla.
- Levitä hampaan puhtaalle pinnalle fosforihappoa sisältävää etsausgeeliä 15 sekunniksi. Huuhtele huolellisesti.
- Kuivaa kevyesti ja poista ylimääräinen vesipunavuori tai puhtaalla paineilmalla. Jätä hampaan pinnat hiukan kosteaksi. Champ kiinnittyy pintoihin, jotka ovat syljesty hiukan kosteat. Ei kuitenkaan ole hyvä antaa syljen liata valmisteltua aluetta.
- Tartu suojakalvoon ja irrota se vetämällä hitaasti niin, että sivellin ja täytesilliö tulevat esiin.
- Irrota sivellin.
- Sivelvi hoidettavalle alueelle ohut kalvo Champia. Harja materiaalia hampaan nystermästä nystermään, mutta älä peitä hampaan pinnan kohoumien reunojaa.
- Koveta valolla. Champ voidaan kovettaa kaikilla valoilla. Kovettamisaika halogeenvivalolla on 20 sekuntia tehon ollessa vähintään 300 mW/cm². Tehokkaimmilla valoilla Champ kovettuu nopeammin.
- Tarkista puureta ja korjaa tarvittaessa.
- Hävitä koko pakkaus, kun toimenpide on saatu valmiaksi.

VASTA-AIHEET:

Champia ei tule käyttää potilailla, jotka ovat allergisia sen jollekin ainesosalle. Ei saa käyttää hammaskariekkeen.

SAFETY DATA SHEET (SDS)

In accordance with Hazard Communication Standard (HCS), 29CFR 1910.1200(g), 2012 revision

SECTION I - PRODUCT/ COMPANY IDENTIFICATION

REF 360116 Champ Pit & Fissure Sealant, 16 x 0.25ml
 REF 360120 Champ Pit & Fissure Sealant, 64 x 0.25ml
Company: CENTRIX, INC., 770 River Road, Shelton, CT 06484
Emergency / Information Telephone Numbers: 203-929-5582
 Toll-Free: 800-235-5862 (USA & Canada)

SECTION II - HAZARDOUS INGREDIENTS/IDENTITY INFORMATION

Classification: Irritant.

Adverse human health effects: May be irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitization by skin contact.

Hazard Class	Hazard Category	Hazard Statement
Eye irritation	2	H319
STOT SE	3	H335
Skin irritation	2	H315
Skin sensitization	1	H317

SECTION III - COMPOSITION

Chemical characterization of the preparation: Acrylate ester monomers in a glass-filled, light-cured paste.

Hazardous ingredients

CAS Number	Name of the Ingredient	%	Classification per 67/548/EEC	Classification per Regulation(EC) No.1272/2008 (CLP).
Proprietary R 3637/38 - 43	Uncured acrylate Eye irritation, 2, H319	55-60%	Irritant; Xi	ester monomers STOT SE 3, H335 Skin irritation, 2, H315 Skin sensitization, 1, H317
112945-52-5	Silica, amorphous	5 %	Irritant; Xi, R 36/37/38	Eye irritation, 2, H319 STOT SE 3, H335 Skin irritation, 2, H315

SECTION IV - FIRST AID MEASURES

General information: May be irritating to eyes, respiratory system and skin. Do not inhale vapors. Avoid contact with eyes and skin. May cause sensitization by skin contact. Show this safety data sheet to medical personnel. Get medical attention in case of uncertainty.

Inhalation: Move to fresh air. If necessary, administer oxygen and/or artificial respiration. Seek medical attention.

Skin Contact: Take off contaminated clothing. Wash skin thoroughly with soap and running water for 15 minutes.

Eye Contact: Keep eyelids apart and flush with running water for 15+ minutes. Get medical attention.

Ingestion: Rinse mouth with water. Do not induce vomiting. Get immediate medical attention. May be irritating to mucous membranes. Never give anything by mouth to an unconscious person.

Precautions for first responders: Ventilate the area. Wear eye and skin protection.

Information for physicians:

Symptoms: Irritation or redness in eyes, throat or on skin.

Hazards: May be irritating to eyes, respiratory system and skin. May cause sensitization by skin contact.

Treatment: As above under First Aid.

SECTION V - FIRE-FIGHTING MEASURES

Suitable extinguishing media: Carbon dioxide, dry chemical, alcohol foam, or water fog. Water spray may be used to keep fire exposed containers cool.

Extinguishing media to avoid: Do not use direct water stream

Special exposure hazards in a fire: Heat may cause polymerization with rapid release of energy.

Special protective equipment for fire-fighters: A self-contained breathing apparatus should be worn by fire fighting personnel. Cool exposed containers with water spray to prevent polymerization under fire conditions.

SECTION VI - ACCIDENTAL RELEASE MEASURES

Personal precautions: Wear safety glasses, gloves and lab coat.

Environmental precautions: Avoid releasing large amounts of uncured material into the environment.

Cured / set-up material is, to our knowledge, inert.

Method for clean up: Contain spilled material. Absorb or wipe up spill with suitable material (paper towels or cloths). Collect for disposal in a covered container. Wash area of spill with alcohol or soap and water.

SECTION VII - HANDLING AND STORAGE

Handling: For use only by dental professionals. Follow good hygiene practices. Do not smoke, eat or drink while using. Avoid direct / strong light sources, extremes of temperature, contamination, and cross contamination of two-part materials. Recap immediately after use.

Storage: Keep containers tightly closed. Store product in original container at cool room temperature (< 25°C) and in a dry, well ventilated area. Avoid direct, strong light, sources of ignition and extremes of temperature. Shelf life for unopened product is two years from date of manufacture, provided that the material has been stored properly.

Specific uses: Dental material

SECTION VIII - EXPOSURE CONTROLS / PERSONAL PROTECTION

Eye protection, hands protection, Engineering controls or other equipment: None required

SECTION IX - PHYSICAL AND CHEMICAL PROPERTIES

Color / Physical state: Natural tooth shade or off-white thin paste.

Odor: Faint, characteristic

Vapor pressure: < 1 mm Hg/Hp

Solubility in water: Nil

Specific gravity: 1.575

SECTION X - STABILITY AND REACTIVITY

Conditions to avoid: Heat (> 38°C), light, contamination.

Materials to avoid: Reducing and oxidizing agents, peroxides, amines.

Hazardous decomposition products: Under fire conditions and with amounts greater than that supplied in this product, hazardous polymerization may occur with heat build up and release of carbon monoxide, carbon dioxide, and oxides of nitrogen.

Further information: Stable material if stored and used as directed. Polymerization will occur when light-cured material is exposed to direct light.

SECTION XI - TOXICOLOGICAL INFORMATION

Acute toxicity: Not toxic. Minimal health hazard under normal conditions of use.

Local effects: Eye irritant, mucous membranes or skin on contact or with prolonged exposure.

Prolonged or frequent skin contact may cause allergic skin reactions in some susceptible individuals.

SECTION XII - ECOLOGICAL INFORMATION

Avoid release of uncured material into the environment. To the best of our knowledge, polymerized material is inert. No other information is available. Follow all government regulations.

SECTION XIII - DISPOSAL CONSIDERATIONS

Dispose in accordance with federal, state and local regulations

SECTION XIV - TRANSPORT INFORMATION

DOT- Not regulated

SECTION XV - REGULATORY INFORMATION

Champ Pit and Fissure Sealant is a Class IIA Medical Device under the Medical Devices Directive 93/42/EEC.

Hazard symbol:

Hazardous ingredient: Uncured acrylate monomers

Risk phrases: Irritating to eyes, respiratory system and skin.

R43: Sensitizing by skin contact

Safety phrases: S24/25: Avoid contact with skin and eyes.

S3/9/49: Keep only in the original container in a cool, well ventilated place.

SECTION XVI - OTHER INFORMATION

List of relevant R phrases: R36/37/38: Irritating to eyes, respiratory system and skin.

Sensitizing by skin contact.

Training advice: Champ Pit and Fissure Sealant is for use by dental professionals only.

Restrictions on use: Champ Pit and Fissure Sealant is to be sold to and used by dental professionals only.

Further information: The information presented herein is believed to be factual as it has been derived from the works of persons believed to be qualified experts. However, nothing contained in this information is to be taken as a warranty or representation for which Centrix, Inc. bears legal responsibility. The user should review any recommendations in the specific context of the intended use to determine whether they are appropriate. Sources of key data: National Institute for Occupational Safety (NIOSH) US Occupational Safety and Health Administration (OSHA) Eur-Lex European Union Law. Information which has been added, deleted or revised: This Safety Data Sheet has been revised to meet the requirements of Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH).

centrix

Making Dentistry Easier.™

CENTRIX INCORPORATED

770 River Road, Shelton, CT 06484 USA

(203) 929-5582 (800) 235-5862 FAX (203) 929-6804

www.centridental.com



Dental-Contact Vertriebs OHG, Im Spriet 101, DE 26506 Norden

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex Street

Sydney, NSW 2000, Australia